


スペクトルNo. Cl-K01



| | |
|--------------|----------------------------------|
| 試料 | NaCl |
| 吸収端 | Cl K-edge |
| ビームライン | BL11 |
| 分光結晶 | Si(111) |
| 測定法 | (a)CEY (b)PFY |
| エネルギー範囲 / eV | 2490 -3567 eV |
| ポイント数 | 500 |
| 測定時間 / min | 17 |
| 測定日 | 2019/2/19 |
| コメント | ・粉末試料/カーボン 両面テープ ・エネルギー未補正 |